Workflow für CEREC® für copaSKY und SKY Implantatsysteme

Die Titanbasen für CEREC®

- sind kompatibel mit den Originalscankappen von Sirona, wie sie im gewohnten CEREC® Workflow verwendet werden UND
- verfügen über die originale Geometrie der verschiedenen SKY Implantatsysteme.

copaSKY

CEREC® Basis	Titan Basis für CEREC®		Alternativsystem in CEREC® Bibliothek
L Benötigt Scankappe **L** von Sirona (Sirona REF: 6431329) 	 **COPCTBL2** copaSKY Titanbasis L für CEREC® Gingivahöhe: 1.5 mm Schulter-Ø: 4.8 mm Proth. Verbindungshöhe: 4.7 mm	 **COPCTBL3** copaSKY Titanbasis L für CEREC® Gingivahöhe: 3 mm Schulter-Ø: 4.8 mm Proth. Verbindungshöhe: 4.7 mm	BioHorizon 4.5 L
S Benötigt Scankappe **S** von Sirona (Sirona REF: 6431311) 	 **COPCTBS2** copaSKY titanium base S for CEREC ® Gingivahöhe: 1.5 mm Schulter-Ø: 4.2 mm Proth. Verbindungshöhe: 4.7 mm	 **COPCTBS3** copaSKY titanium base S for CEREC ® Gingivahöhe: 3 mm Schulter-Ø: 4.2 mm Proth. Verbindungshöhe: 4.7 mm	BioHorizon 3,0 S or Camlog 3.8 S

bredent medical | bredent group

SKY classic / blueSKY / narrowSKY

CEREC® Basis	Titan Basis für CEREC®	Alternativsystem in CEREC® Bibliothek
scan post **S** Benötigt Scankappe **S** von Sirona (Sirona REF: 6431311) 	 **SKYUFCSB** SKY uni.fit scan base S for CEREC® "Gingivahöhe": 5.5 mm Schulter-Ø: 4.3 mm Proth. Verbindungshöhe: 4.7 mm **Use for scanning only!**	Scan post for Camlog 3.8 S
S Benötigt Scankappe **S** von Sirona (Sirona REF: 6431311) 	 **SKYUFCTB** SKY uni.fit Titanbasis S für CEREC® Gingivahöhe: 0.3 mm Schulter-Ø: 4.2 mm Proth. Verbindungshöhe: 4.7 mm	Camlog 3.8 S

whiteSKY

whiteSKY Implantate werden in CEREC® wie Zahnstümpfe behandelt.

Betroffene Produkte:

- COPCTBL2
- COPCTBL3
- COPCTBS2
- COPCTBS3
- SKYUFCTB
- SKYUFCSB

bredent medical | bredent group